molten®
From the Inside Out
バディーシリーズ

バディーI付属品

L型サイドバー90/45

取扱説明書

目　次

○注意事項・・・・・・・・・・・P1
○各部名称および梱包内容・・・P2
○設置条件・・・・・・・・・・・P3
○設置方法・・・・・・・・・・・P3
○点検項目・・・・・・・・・・・P4
○保証書、仕様・・・・・・・・・P4

安全にお使いいただくために

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。
ご本人の健康状態や体調が変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談した上でご使用ください。

注意事項

⚠ 警告

●本製品はバディーI専用付属品です。
本製品はモルテン生活機能支援手すりバディーI専用付属品です。バディーI以外の製品に使用しないでください。

●L型サイドバーを横から引っ張ったり体をぶつけたりしないでください。
手すりが不安定になり、転倒し、ケガをする恐れがあります。

●L型サイドバーのすき間に頭や首が入らないように十分注意してください。
L型サイドバーのすき間に頭や首が入らないようにしてください。頭や首がすき間に入ると抜けなくなり、ケガをする恐れがあります。

●L型サイドバーに座ったり、ぶら下がったり、踏み台にしないでください。
通常の使用状態以上の力や衝撃が加わると、変形したり破損する恐れがあります。また、転倒し、ケガをする恐れがあります。

●屋外や風呂場など、風雨にさらされたり水気のある場所では使用しないでください。
屋外や風呂場など常時、水気のある場所に設置すると水分などで床面が滑ったりし、不安定になり転倒やケガをする恐れがあります。

●L型サイドバーはしっかり固定して使用してください。
L型サイドバーを固定している固定ネジはしっかりと固定し、簡単にずれたり、外れたりしないことを確認してご使用ください。固定が不十分な場合、使用中に転倒やケガをする恐れがあります。

●スノコや段差解消のためのブロックなどの上には設置しないでください。
スノコや段差解消のためのブロックなどの上に設置すると使用中に本体が動いたり、傾いたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●安定した設置ができない場所には設置しないでください。
床面に段差や傾斜のある場所、砂、砂利の床面など、安定した設置ができない場所には設置しないでください。使用中に本体が動いたり、傾いたりして転倒やケガをする恐れがあります。（P3参照）

●製品の組み立て、設置、移動は必ず販売店の方へ依頼してください。

●本製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

注意事項

⚠ 注意

●L型サイドバーにぶつからないように注意してください。
ご利用者様の身の回りのお世話をするときや本体使用中など、L型サイドバーにぶつからないようにご注意ください。
L型サイドバーは金属製のため、強くぶつかると打撲の恐れがあります。

●ベースプレートと床面との段差でつまづかないように十分ご注意ください。
ベースプレートと床面の間には段差があります。段差でつまづいて転倒などしないよう、十分ご注意ください。

●L型サイドバーを上に持上げたりしないでください。
手すりの上方向に力を加えると手すりがずれたり、傾いたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●L型サイドバーを無理矢理回したりしないでください。
L型サイドバーを無理矢理回すとバディーI本体がねじれ、バディーI本体がずれたり、外れたりして転倒やケガを
する恐れがあります。

●L型サイドバーを使用する場合は必ず丸型ストッパーを併用してください。
L型サイドバーを使用する場合は必ず丸型ストッパーをバディーI下部に取り付けてください。取り付けないで使用するとバディーI本体がねじれたり、ずれたり、外れたりして転倒やケガをする恐れがあります。

●介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。
介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合、必ず付き添いの方と一緒にご使用ください。

●火気を近づけたり、ストーブ、ファンヒーターなどのそばで使用しないでください。
火気やストーブ、ファンヒーターなどの熱により製品を損傷したり、火災の原因につながる恐れがあります。

●壁などに立て掛けないでください。
一時的に置く場合、壁などに立て掛けると、本体が倒れて破損したり、周囲の物を破損させる恐れがあります。

●お客様による分解・改造・修理はしないでください。
変形・破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
不具合が生じた場合は必ずお求めの販売店またはモルテン健康用品事業本部までご相談ください。

●本来の目的以外に使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると、製品が外れたり思わぬケガをする恐れがあります。

●有機溶剤やスプレータイプの殺虫剤などを直接噴射しないでください。
清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

各部名称および梱包内容

記載部品が全て揃っているか、また破損・変形などしていないか確認してください。
万が一部品の不足・破損があった場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

L型サイドバー45:1台



L型サイドバー90:1台



※六角レンチ(5mm)が必要です。工具は付属していません。

付属品

●取扱説明書:1部

設置条件

L型サイドバーを設置する場合は下記の条件を考慮し設置してください。

●L型サイドバー45

取り付けできる場所

・床面がコンクリートやタイル地などの玄関かまちなど
（但し、滑りやすいタイル地などはNG）
・玄関かまちの高さが10cm~36cmまでの場所
・玄関床面と廊下面がほぼ水平な場所
（水平度1°以内）

取り付けできない場所

・玄関が土、砂、砂利などの床面の場合
・玄関ポーチなどの屋外や縁側
・スノコや段差解消のためのブロックなどの上
・雨ざらしの場所や常時床面が水などで濡れている場所
・後付けベランダ
・床面が木板などのベランダ
・バディーIの取り付けが困難なベランダ

段差の目安:10~36cm

●L型サイドバー90



取り付けできる場所

・床面がコンクリートやタイル地などの玄関かまち、ベランダなど
（但し、滑りやすいタイル地などはNG）
・玄関かまちの高さが10cm以下の場所
・玄関床面と廊下面がほぼ水平な場所
（水平度1°以内）

取り付けできない場所

・玄関が土、砂、砂利などの床面の場合
・玄関ポーチなどの屋外や縁側
・スノコや段差解消のためのブロックなどの上
・雨ざらしの場所や常時床面が水などで濡れている場所
・後付けベランダ
・床面が木板などのベランダ
・バディーIの取り付けが困難なベランダ

段差の目安:10cm以下

※上記設置条件に適合していても実際に取り付けてガタつきなどが大きい場合は設置をおやめください。

設置方法



①L型サイドバーを取り付ける床面の条件を確認してください。また床面に砂や砂利などがある場合、キレイに清掃してください。
②L型サイドバーをバディーIに仮止めします。
③ベースプレートと床面の間にすき間ができないよう、ベースプレートを足で踏みつけながらブラケットの固定ネジをしっかりしめつけます。
④取り付け後、L型サイドバーが簡単に下がったり、回転しないことを確認してください。

注意　必ず丸型ストッパーをバディーI下部に取り付けてください。

点検項目

●L型サイドバー設置後の確認事項

設置が完了しましたら、下記の点検項目を確認してください。またこの点検項目は日常の点検にもご使用ください。

点検項目		確認	
1	バディーIとL型サイドバーの連結 ・L型サイドバーを固定している固定ネジはしっかり固定されていますか?	YES □	NO P3参照
2	丸型ストッパーの取り付け確認 ・バディーI下部に丸型ストッパーを取り付けていますか?	YES □	NO P3参照
3	L型サイドバーのガタつき確認 ・L型サイドバーにガタつきはありませんか? ・ベースプレートが床面から浮き上がっていませんか? ・設置条件に合った場所に設置していますか?	YES □	NO P3参照

●このようなときには

L型サイドバー使用中に異常を感じた場合、以下の内容をお確かめください。

症状	確認	処置
L型サイドバーがグラグラして不安定	L型サイドバーを固定している固定ネジがゆるんでいませんか?	固定ネジをしっかり固定してください。(P3参照)
	ベースプレートが床面から浮いていませんか?	ベースプレートを床面にしっかりと着け再度、取り付け直してください。(P3参照)
手すりに体重をかけると下にさがる	L型サイドバーを固定している固定ネジがゆるんでいませんか?	固定ネジをしっかり固定してください。(P3参照)

上記の処置で直らなかった場合、またはその他の症状の場合はお求めの販売店または(株)モルテン 健康用品事業本部 TEL(082)842-9975 までご相談ください。

仕様

L型サイドバー90　品番　MNTCM06

●サイズ:全長76×全高75cm　●直径3.5cm
●重　量:3.1kg　●素　材:主材=スチールパイプ、表面=軟質樹脂、ベース部=スチール

L型サイドバー45　品番　MNTCM07

●サイズ:全長76×全高100cm　●直径3.5cm
●重　量:3.5kg　●素　材:主材=スチールパイプ、表面=軟質樹脂、ベース部=スチール

開発・製造元

※ 健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

2015.10